



KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

Kit di Screening Generale delle Droghe

SW-9000




Leggere prima dell'uso

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del Test

1

Rimuovere il Tappo SWIPPER™ dall'unità di test.



Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2


Campionare la sostanza sospetta con il tappo dello SWIPPER™ (Frantumare le compresse).

Toccare oppure Estrarre



Preparazione del Test

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ della provetta. Premere con decisione.




STOP

Non continuare a meno che il Tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.



5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.



Risultati



La comparsa di un colore rosso-porpora o blu-viola indica la presenza di una delle seguenti droghe:

Eroina, Anfetamina, Metanfetamina, Ecstasy /MDMA, Benzedrone, Bufedrone, Carfentanil, Catinone, DMT, EAPB, Fentanil, Ketamina, LSD, mCPP, MDMAI, MDPBP, MDPV, Mefedrone, Metadone, Methcatinone, Metilone, Mexedrone, PCP, MPA, Pentedrone, Pentilone, PMA, PMMA, Psilocibina, 2-amminoindano (2-AI), Nitazeni, α-PVP/Flakka, altre droghe sintetiche.



La comparsa immediata di un colore verde, celeste, blu-verde o blu indica la presenza di Cocaina o Crack



Se non dovesse svilupparsi nessuno dei suddetti colori, le droghe sopra elencate **non** sono presenti.

Smaltimento

Smaltire nei rifiuti non pericolosi oppure diluire il reagente con dell'acqua.



ITL
V3
30 list
01-19



Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele

LOT:SW9013125A

SCAD:09/2028